



ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto



REGIONE DEL VENETO



Sistema di Gestione Certificato
UNI EN ISO 9001:2008

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Verona
Via A. Dominutti, 8
37135 Verona Italy
Tel. +39 045 8016907 Fax +39 045 8016777
e-mail: cra@arpa.veneto.it
Responsabile del Procedimento: dr. Claudio Martinelli

U.O. CRA-CRR
CRA-Centro Regionale Amianto Polveri Fibre
CRR-Centro Regionale Radioattività

Verona, 26 marzo 2015

Prot. 0031086 /2015 XIII.30.00

Spett.le Laboratorio
International Ambiente e Sicurezza
Via San Giorgio 21
34170 – STARANZANO (GO)

Oggetto: *Controllo di qualità dei laboratori amianto – determinazione delle fibre aerodisperse su filtro mediante la tecnica di microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) – trasmissione risultati*

Nell'ambito del progetto INAIL sulla qualificazione dei laboratori, coordinato da Ministero Salute e INAIL-Settore Ricerca, si trasmettono i risultati della fase di attività consistente nella valutazione formale delle prestazioni dei laboratori impegnati nella determinazione delle fibre aerodisperse su filtro mediante la tecnica di microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF).

Conformemente a quanto previsto dal protocollo operativo relativo al circuito il vostro laboratorio è stato classificato:
SODDISFACENTE.


La formalizzazione dei risultati generali relativa alla qualificazione del laboratorio (comprendente anche i risultati della verifica ispettiva al laboratorio stesso) verrà attestata esclusivamente attraverso il portale del Ministero, con l'inserimento o meno del laboratorio nella Lista 1 per ciascuna Regione di riferimento.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Centro di Riferimento Coordinatore
Dr. Claudio Martinelli

Per informazioni:

Tel. 045 8016907 – 882 Fax 045 8016777
cra@arpa.veneto.it



ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto



REGIONE DEL VENETO



Sistema di Gestione Certificato
UNI EN ISO 9001:2008

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Verona
Via A. Dominutti, 8
37135 Verona Italy
Tel. +39 045 8016907 Fax +39 045 8016777
e-mail: cra@arpa.veneto.it
Responsabile del Procedimento: dr. Claudio Martinelli

U.O. CRA-CRR
CRA-Centro Regionale Amianto Polveri Fibre
CRR-Centro Regionale Radioattività

Verona, 27 marzo 2015

Spett.le Laboratorio
International Ambiente e Sicurezza
Via San Giorgio 21
34170 – STARANZANO (GO)

Prot. 0031199 /2015 XIII.30.00

Oggetto: *Controllo di qualità dei laboratori amianto – determinazione qualitativa dell'amianto in matrice solida tramite microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) – trasmissione risultati*

Nell'ambito del progetto INAIL sulla qualificazione dei laboratori, coordinato da Ministero Salute e INAIL-Settore Ricerca, si trasmettono i risultati della fase di attività consistente nella valutazione formale delle prestazioni dei laboratori impegnati nella determinazione qualitativa dell'amianto in matrice solida tramite microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF).

Conformemente a quanto previsto dal protocollo operativo relativo al circuito il vostro laboratorio è stato classificato: **SODDISFACENTE.**

La formalizzazione dei risultati generali relativa alla qualificazione del laboratorio verrà attestata esclusivamente attraverso il portale del Ministero, con l'inserimento o meno del laboratorio nella Lista 1 per ciascuna Regione di riferimento.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Centro di Riferimento Coordinatore
Dr. Claudio Martinelli

Per informazioni:
Tel. 045 8016907 – 882 Fax 045 8016777
cra@arpa.veneto.it

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LABORATORIO PARTECIPANTE

I laboratori partecipanti, in base alle loro risposte, verranno classificati in tre CATEGORIE.

CATEGORIA 1

SODDISFACENTE se contemporaneamente:

- **Rispetta** i tempi previsti;
- i suoi risultati sono stati riconosciuti come “buoni” o “sufficienti”

CATEGORIA 2

INSUFFICIENTE se contemporaneamente:

- **Rispetta** i tempi previsti;
- i suoi risultati sono stati riconosciuti come “insufficienti”

CATEGORIA 3

INSODDISFACENTE se:

- **non rispetta** i tempi previsti;

oppure:

- i suoi risultati sono stati riconosciuti come “insoddisfacenti”

Per i laboratori valutati “insufficienti” l’RP provvede ad organizzare un round suppletivo con altri quattro campioni preparati con le procedure descritte in precedenza. Solo nel caso in cui il laboratorio soddisfi i criteri delle categoria 1, il laboratorio verrà classificato SODDISFACENTE.